

## KARTA KATALOGOWA

### PRZYRZĄD DO BADANIA ZIAREN STARYCH I ZWIETRZAŁYCH

Zgodność z Normą: PN-87 B-06714-43

Aparat pozwala ustalić procentowy udział w kruszywie masy ziaren starych i zwietrzałych, które uległy zniszczeniu pomiędzy dwoma płaszczyznami.


Przyrząd do badania wytrzymałości ziaren składa się z korpusu, ruchomego stempla z możliwością regulacji wielkości prześwitu i obciążników.

W standardzie obciążniki o masie :

- 6.5 kg – 1 szt.
- 13.5 kg – 4 szt.

Do wykonania oznaczenia proponujemy ponadto :

- komplet sit o wymiarach oczek  
4.0 / 8.0 / 16.0 / 31.5 mm. )
- waga laboratoryjna ( 5000 g / 0.1 g )



#### Gwarancja: 12 miesięcy

Nasza firma od ponad 50 lat obecna jest na rynku sprzętu do laboratoriów budowlanych.

16.08.2012.